



Vahvistuslomake

Arvoisa asiakas,

Illumina lähetti sinulle laaduntarkkailuilmoituksen PQN2024-1496 koskien iSeq 100- ja MiniSeq-instruments LRM-kyberturvallisuushaavoittuvuuden korjausta, joka on nyt saatavilla.

Täytä vahvistuslomake vahvistaaksesi, että olet vastaanottanut tämän ilmoituksen ja suorittanut laitteeseesi liittyvät asiakailta vaaditut toimenpiteet. Lähetä täytetty lomake Illuminan tekniseen tukeen osoitteeseen techsupport@illumina.com 5 arkipäivän kuluessa. Vaihtoehtoisesti voit lähettää sähköpostia Illuminan tekniseen tukeen osoitteeseen techsupport@illumina.com ja antaa lomakkeessa pyydetyt tiedot.

Vahvistuslomake	
Yhtiön nimi	
Lomakkeen täyttäjän tiedot	
Nimenselvennys:	
Työtehtävä painokirjaimin:	
Päiväys (PP.KKK.VVVV):	
Asiakkaiden vastaukset ja toimet	
Vahvistan, että olen saanut ilmoituksen PQN2024-1496, lukenut sen ja ymmärtänyt sen sisällön.	☐ Kyllä ☐ Ei
Tiedot on saatettu kaikkien asiaankuuluvien käyttäjien tietoon.	☐ Kyllä ☐ Ei
Vaadittu päivitys on asennettu kaikkiin laitteisiin, joita ongelma koskee.	☐ Kyllä Luettele sarjanumero(t): ☐ Jos päivitystä ei tehty, ilmoita syy: ☐ Ei toimenpidettä vaativaa tuotetta paikan päällä ☐ Toimintoja ei haluta keskeyttää toimenpiteen suorittamiseksi Toimenpide ☐ Olen varannut käynnin paikan päälle Illuminan kenttäedustajani kanssa päivityksen suorittamiseksi. Luettele sarjanumero(t):

Tekninen tuki:
techsupport@illumina.com

Asiakaspalvelu:
customercare@illumina.com



Jakelijan/maahantuojaan vastaukset	☐ Ei sovelleta
Olen tunnistanut asiakkaat, jotka ovat vastaanottaneet tai saattaneet vastaanottaa tuotteen.	☐ Kyllä ☐ Ei
Olen ilmoittanut tunnistetuille asiakkaille tästä ilmoituksesta.	☐ Kyllä ☐ Ei Päiväys (PP.KK.VVVV)

Tekninen tuki:
techsupport@illumina.com

Asiakaspalvelu:
customercare@illumina.com

© 2024 Illumina, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tavaramerkit ovat Illumina, Inc:n tai omistajiensa omaisuutta. Lisätietoja tavaramerkeistä on osoitteessa www.illumina.com/company/legal.html.

PQN2024-1496 (Asiakirjanumero M-AMR-00191)

Sivu 4/4

Vain tutkimuskäyttöön. Ei diagnostisiin toimenpiteisiin.